

Kwidzyn, 12.02.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego nr „3/2021/Zakup sprzętu i wyposażenia” na:

Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych

W ramach realizacji projektu p.n. „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zmiana w zapisie Zapytania Ofertowego (oczywista omyłka pisarska)

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w zapytaniu ofertowym w Rozd. II pkt. 2 którego zapis pozostaje w sprzeczności z zapisem w Rozd. II pkt. 4 jak i z pozostałą treścią zapisów Zapytania ofertowego.

Jest:

„2. Zamawiający umożliwi składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub kilka części, biorąc pod uwagę, kwalifikacje niezbędne do wykonywania poszczególnych części.”

Powinno być:

„2. Zamawiający umożliwi składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub kilka części, biorąc pod uwagę, kwalifikacje niezbędne do wykonywania poszczególnych części.”

Zgodnie z rozdziałem VII pkt 1 ppkt k Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej Zapytania Wykonawców dot. treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego (poniżej w Rozdziałach zachowano kolejność pytań zadawanych przez Wykonawców):

Rozdział I

Pytanie nr 1– Dotyczy terminu realizacji zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 15.04.2021 r. Prośbę swoją motywujemy, tym iż producent produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiada magazyn poza granicami kraju, co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizację dostawy.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wydłuża termin realizacji do 15.04.2021.

Pytanie nr 2– Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość częściowego składania ofert. Prośbę motywujemy tym, iż umożliwi to złożenie większej ilości ofert, i tym samym przełoży się na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Celem Zamawiającego jest uzyskanie kompletnego systemu Wysokiej Wierności o pełnej kompatybilności Symulatorów z systemem AV i systemem informatycznym do obsługi symulacji.

Rozdział II

Pytania do: Część Symulatory

Wysokiej wierności symulator pacjenta dorosłego

Pkt 37

Zamawiający wymaga: możliwość monitorowania pracy serca za pomocą 3 odprowadzeniowego EKG – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności symulator z możliwością symulacji EKG z użyciem dedykowanych elektrod przyklepanych (możliwe do użycia z klasycznym defibrylatorem) ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pkt 40

Zamawiający wymaga: możliwość prowadzenia pośredniego masażu serca z adnotacją w dzienniku zdarzeń – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności możliwość pośredniego masażu serca bez automatycznej adnotacji w dzienniku zdarzeń?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pkt 46

Zamawiający wymaga: możliwość wykrywania i rejestracji w dzienniku zdarzeń uciśnięć klatki piersiowej – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności symulator bez takiej możliwości, ale z możliwością ręcznego zapisu adnotacji dotyczących BLS?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pkt 98

Zamawiający wymaga: wykonywane czynności resuscytacyjne (ALS/ACLS) muszą być rejestrowane – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności symulator, dla którego niektóre czynności wymagają ręcznego ich zapisu w dzienniku zdarzeń?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pkt 102

Zamawiający wymaga: szkolenie z tworzenia scenariuszy do symulatora oraz z obsługi funkcji dotyczącej zachowania/reakcji po podaniu wybranych leków – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności szkolenie z obsługi sprzętu, gdyż tworzenie scenariuszy czy reakcji na podawanie leków jest tematem odrębnym?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Wysokiej wierności symulator niemowlęcia

Pkt 219

Zamawiający wymaga: W zestawie kompatybilny monitor oraz trener resuscytacji umożliwiający bieżącą ocenę jakości uciśnień i wentylacji z możliwością werbalnych wskazówek oraz wydruku raportu z podejmowanych działań RKO – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności technologię wbudowaną w manekin, która pozwala na monitorowanie i informowanie symbolami niewerbalnymi o jakości resuscytacji z zapisem w scenariuszu bez możliwości drukowania?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

System AV

Zamawiający wymaga: kamery, głośnik, mikrofon, przewód mocujący w kolorze białym/jasnoszarym – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności inne kolory wymienionych sprzętów w zależności od dostępności – np. czarny?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności z zastrzeżeniem ujednolicenia kolorystyki w docelowym pomieszczeniu t.j. czarny kolor urządzenia wraz z czarnym wspornikiem, tym samym zamawiający dopuszcza ujednoliconą kolorystykę w kolorach od białego do czarnego wraz z pośrednimi odcieniami szarości.

Pytania do: V Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga termin realizacji zamówienia 31.03.2021r. – czy Zamawiający dopuści termin 6 tygodni na realizację zamówienia od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź :

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.



Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

Wszelkie parametry techniczne lub parametry urządzeń wskazane jako przykładowe wymienione w niniejszym dokumencie odnoszące się do konkretnej Części zamówienia można stosować na zasadzie równoważności i zamienności z parametrami wymienionymi w Zapytaniu ofertowym w ujęciu całościowym jak i w odniesieniu do konkretnego parametru.

Daniel Osuch
Kierownik Biura Projektów
Powiślańskiej Szkoły Wyższej