

Kwidzyn, 15.05.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego nr „3/2020/Zakup sprzętu i wyposażenia” na:

Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiatowskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych

W ramach realizacji projektu p.n. „Powiatowskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zgodnie z rozdziałem VII pkt 1 ppkt k Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej Zapytania Wykonawców dot. treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego (poniżej w Rozdziałach zachowano kolejność pytań zadawanych przez Wykonawców):

Rozdział I

Dotyczy Części 41 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach 65x55x100 cm (szerokośćxgłębokośćxwysokość)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady o wysokości frontów:

97mm – 2 szuflady

156 mm – 1szuflada

175mm – 2szuflady

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady wykonane z giętej stali bez elementów łączenia? Szuflady wykonane w technologii która zapobiega gromadzeniu się brudu, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści wózek z wysuwającym białym boczny?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści wózek nie posiadający dwóch przezroczystych odchylanych pojemników „kieszoni”?



Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

Wszelkie parametry techniczne lub parametry urządzeń wskazane jako przykładowe wymienione w niniejszym dokumencie odnoszące się do konkretnej Części zamówienia można stosować na zasadzie równoważności i zamienności z parametrami wymienionymi w Zapytaniu ofertowym w ujęciu całościowym jak i w odniesieniu do konkretnego parametru.

Daniel Osuch
Kierownik Biura Projektów
Powiślańskiej Szkoły Wyższej