



Kwidzyn, 30.09.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego nr „3a/2020/Zakup sprzętu i wyposażenia” na:

Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiatowskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych

W ramach realizacji projektu p.n. „Powiatowskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zgodnie z rozdziałem VII pkt 1 ppkt k Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej Zapytania Wykonawców dot. treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego (poniżej w Rozdziałach zachowano kolejność pytań zadawanych przez Wykonawców):

Rozdział I

Pytanie nr 1 – Dotyczy terminu realizacji zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 15.12.2020 r. Prośbę swoją motywujemy, tym iż producent produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiada magazyn poza granicami kraju, co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizację dostawy.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 15.12.2020 r na wszystkie Części które są przedmiotem Zapytania Ofertowego w ramach którego udzielane są niniejsze odpowiedzi.

Pytanie nr 2 - Dotyczy Zaawansowany fantom PALS dziecka oraz Zaawansowany fantom PALS niemowlę

Czy nie doszło do omyłek pisarskich w opisach fantomów PALS i Zamawiający dopuszcza do postępowania oprogramowanie zainstalowane na laptopie lub tablecie?

W przypadku fantomu PALS dziecka laptop i tablet są wymienione jak urządzenie na którym zainstalowane jest oprogramowanie sterujące, lecz tablet nie został wymieniony jako jeden z elementów zestawu. Natomiast w fantomie PALS niemowlęcia laptop i tablet z oprogramowaniem są wymienione jak element zestawu lecz tablet nie został wymieniony jako opcja urządzenia na którym jest zainstalowane oprogramowanie do sterowania pracą fantomu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza do postępowania oprogramowanie zainstalowane na laptopie lub tablecie. Zamawiający w przypadku fantomu PALS dziecka dodaje tablet jako jeden z elementów zestawu. Natomiast w fantomie PALS niemowlęcia Zamawiający dodaje tablet jako opcja urządzenia na którym jest zainstalowane oprogramowanie do sterowania pracą fantomu.

Pytanie nr 3 - Dotyczy Zaawansowany fantom PALS niemowlę

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaawansowany fantom PALS o następujących parametrach?:

Fantom noworodka przeznaczony do nauki wykonywania procedur pielęgnacyjnych,

pielęgniarskich oraz ratunkowych. Pozwala na rozwijanie takich umiejętności jak wentylacja, intubacja dróg oddechowych, drenaż klatki piersiowej, infuzje czy zakładanie sondy żołądkowej. Ponadto umożliwia trening procedury resuscytacyjno – oddechowej, nie tylko za pomocą wentylacji wspomaganą, ale również we współpracy z defibrylatorami dowolnego producenta, co dodatkowo odzwierciedla realne warunki pracy z pacjentem. W zestawie znajduje się przeznaczony do tego celu interaktywny symulator EKG.

Defibrylacja może być wykonana bezpośrednio na fantomie lub symulatorze EKG. Zestaw posiada możliwość podłączenia defibrylatora/stymulatora do symulatora przy użyciu adapterów.

Wbudowane obwody umożliwiają defibrylację i stymulacje bezpośrednio do symulatora EKG oraz obserwację rytmu EKG poprzez pady do defibrylacji. Symulator EKG posiada możliwość wyboru innego rytmu po defibrylacji. Symulator EKG posiada funkcję oszczędzania baterii co oznacza, że wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany. Umożliwia wyświetlenie 6 wykresów EKG oraz 17 rytmów dorosłego i pediatrycznych.

Funkcje / cechy:

- drogi oddechowe umożliwiające intubację i wentylację
- umieszczenie drenu w klatce piersiowej
- resuscytacja krążeniowo – oddechowa
- monitorowanie EKG
- zakładanie sondy żołądkowej
- wymienne genitalia
- iniekcja doszypikowa
- iniekcje dożylnie (ręka, noga)
- możliwość wykonania iniekcji oraz pomiarów
- możliwość badania tętna w 7 punktach (tętno generowane manualnie)
- drożna pępowina umożliwia wykonanie cewnikowania
- posiada miejsce do umieszczenia cewnika PICC
- możliwość cewnikowania

W zestawie: fantom donoszonego noworodka, drogi oddechowe, 2 szt. (standardowe i zaawansowane), puder dla dzieci, sztuczna krew, torba transportowa, skóra klatki piersiowej do defibrylacji, kości (12) i skóra (2) do iniekcji doszypikowych, rezerwuar na płyn, wymienna skóra i żyły dłoni i stóp, wymienne męskie i żeńskie genitalia, wady wrodzone: rozszczep kręgosłupa i przepuklina pępowinowa, kikut pępowinowy, symulator EKG wraz z adapterami, instrukcja obsługi?

Według naszej wiedzy zaproponowane funkcje fantomu umożliwią naukę niezbędnych umiejętności, dodatkowo pozwala na złożenie się większej ilości oferentów co przełoży się na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaawansowany fantom PALS o ww. parametrach. Pozostawiając zapisy dotyczące: dodatkowego wyposażenia, oprogramowania i interfejsu użytkownika bez zmian.

Pytanie nr 4 - Dotyczy Zaawansowany fantom PALS niemowlę

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom PALS niemowlęcia w wieku około 6-8 tygodni? Nie zmniejszy to funkcjonalności otrzymanego fantomu i umożliwi złożenie większej ilości oferentów.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Rozdział II

Pytania do: Część 1

Zaawansowany Fantom ALS osoby dorosłej

1. Zamawiający wymaga: zwrotna informacja o poprawności wykonanej procedury i czasie jej trwania – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom bez takiej możliwości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

2. Zamawiający wymaga: czujniki fantomu służące do określenia pozycji rurki intubacyjnej, parametrów wentylacji, parametrów uciśnień klatki piersiowej – czy Zamawiający dopuści od postępowania na zasadach równoważności fantom bez takich czujników?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

3. Zamawiający wymaga: możliwość korzystania z predefiniowanych procedur – czy Zamawiający może potwierdzić, że w tym przypadku chodzi o symulacyjne scenariusze zdarzeń?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności symulacyjne scenariusze zdarzeń.

Zaawansowany Fantom PALS dziecka

1. Zamawiający wymaga: mierzenie ciśnienia tętniczego metodą osłuchową – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom bez takiej funkcji?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

2. Zamawiający wymaga: zwrotna informacja o poprawności wykonanej procedury i czasie jej trwania – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom bez takiej możliwości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

3. Zamawiający wymaga: czujniki fantomu służące do określenia pozycji rurki intubacyjnej, parametrów wentylacji, parametrów uciśnień klatki piersiowej – czy Zamawiający dopuści od postępowania na zasadach równoważności fantom bez takich czujników?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

4. Zamawiający wymaga: możliwość korzystania z predefiniowanych procedur – czy Zamawiający może potwierdzić, że w tym przypadku chodzi o symulacyjne scenariusze zdarzeń?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności symulacyjne scenariusze zdarzeń.

Zaawansowany fantom PALS niemowlę

1. Zamawiający wymaga: mierzenie ciśnienia tętniczego, użycie defibrylatora manualnego – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom bez takich możliwości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.



2. Zamawiający wymaga: interwencja osoby ćwiczącej monitorowana przy pomocy dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na laptopie służącym do sterowania pracą fantomu, zwrotna informacja o poprawności wykonanej procedury i czasie jej trwania – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom bez takich możliwości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności, fantom bez funkcjonalności zapisanej jako „zwrotna informacja o poprawności wykonanej procedury i czasie jej trwania”.

3. Zamawiający wymaga: uzyskanie dożylnego dostępu naczyniowego, rozpoznawanie i leczenie arytmii, monitorowanie parametrów życiowych, defibrylacja, podanie leku, dźwięki serca i płuc, pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom bez takich możliwości?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy w Zapytaniu ofertowym bez zmian.

4. Zamawiający wymaga: czujniki fantomu służące do określenia pozycji rurki intubacyjnej, parametrów wentylacji, parametrów uciśnień klatki piersiowej – czy Zamawiający dopuści od postępowania na zasadach równoważności fantom bez takich czujników?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

5. Zamawiający wymaga: oprogramowanie, interfejs, komputer – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom bez takich elementów?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy w Zapytaniu ofertowym bez zmian.

Pytania do: Część 2

Fantom BLS dorosłego

1. Zamawiający wymaga: fantom – postać osoby dorosłej – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności tors osoby dorosłej?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy w Zapytaniu ofertowym bez zmian.

Fantom BLS dziecka

1. Zamawiający wymaga: fantom – postać dziecka – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności tors dziecka?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy w Zapytaniu ofertowym bez zmian.

Pytania do: Część 3

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego

1. Zamawiający wymaga ruchome stawy – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez ruchomego stawu nadgarstkowego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

2. Zamawiający wymaga możliwość założenia drenażu klatki piersiowej – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom bez takiej możliwości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

3. Zamawiający wymaga możliwość konwersji płci – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom spełniający ten wymóg, ale bez możliwości zmiany skóry klatki piersiowej?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

4. Zamawiający wymaga system sterowania fantomu umożliwiający wyeksportowanie dziennika zdarzeń fantomu zawierającego komentarze i zdarzenia – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności system obsługi fantomu do niego dedykowany, ale bez możliwości jego otwarcia?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

5. Zamawiający wymaga możliwość badania prostaty – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom bez takiej możliwości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

6. Zamawiający wymaga możliwość pobierania wymazów – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez takiej możliwości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

7. Zamawiający wymaga dodatkowy zestaw rąk – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin z wymiennymi wkładkami naramiennymi do wkluc domięśniowych?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

8. Zamawiający wymaga możliwość zakładania aparatu słuchowego – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez takiej możliwości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

9. Zamawiający wymaga możliwość osłuchu 12 tonów serca i 12 dźwięków płuc – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom z możliwością osłuchu 8 tonów serca i 8 szerów płuc?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego

1. Zamawiający wymaga możliwość zakładania aparatu słuchowego – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez takiej możliwości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Rozdział III

Dotyczy: Część 4 Inkubator otwarty - 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wyświetlacze temperatury jednokolorowe, o wymiarach 87.5mm X 36 mm (temperatura ciała noworodka) oraz 49 mm X 21 mm (wyświetlacz temperatury zadanej) i

odpowiednio o wysokości wyświetlanych na nich cyfr 14.224 mm (0.56 inch) oraz 25.4mm (1 inch)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

2. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 462 x 640 mm? Oferowane wymiary materaca mieszczą się w standardowych rozmiarach materacyków dla noworodków i jednocześnie są niewielkim odstępstwem od wymaganych.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Dotyczy: wzór umowy nr 1/3/2020/Zakup sprzętu i wyposażenia / 2020

3. Par. 2 Prosimy o wykreślenie nieaktualnego okresu obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

To był wzór umowy, okresy obowiązywania umowy zgodnie z zapisami zapytania ofertowego i udzielonymi wyjaśnieniami przez Zamawiającego.

4. Par. 6 ust. 1 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:

Nie. Umowa nie określa kary za dzień zwłoki. Zapisy bez zmian.

5. Par. 6 ust. 2 Przewidziana obecnie kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy wynosi aż 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Wysokość tej kary jest niezwykle wygórowana. Dlatego Wykonawca postuluje o obniżenie wysokości tej kary do 10 % wynagrodzenia brutto (określonego dla danej części zamówienia).

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy w Zapytaniu ofertowym bez zmian. Zapytanie jest realizowane w ramach Projektu który posiada swoje ramy czasowe.

6. Par. 6 ust. 2 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu:

„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowo, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni interes Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy w Zapytaniu ofertowym bez zmian. Umowa umożliwia aneksowanie terminu realizacji/rozwiązania umowy za porozumieniem stron w przypadku sytuacji której nie dało się przewidzieć w dniu podpisania.

7. Par. 6 ust. 3 Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady



proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty. Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści:

„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy w Zapytaniu ofertowym bez zmian. Zapis dotyczy sytuacji gdy Oferent dostarczy przedmiot zamówienia nie spełniający opisów szczegółowych w zakresie:

„Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Zaoferowany sprzęt i wyposażenie powinno posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim.”

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

Wszelkie parametry techniczne lub parametry urządzeń wskazane jako przykładowe wymienione w niniejszym dokumencie odnoszące się do konkretnej Części zamówienia można stosować na zasadzie równoważności i zamienności z parametrami wymienionymi w Zapytaniu ofertowym w ujęciu całościowym jak i w odniesieniu do konkretnego parametru.

Daniel Osuch
Kierownik Biura Projektów
Powiślańskiej Szkoły Wyższej